

Số: TTYT-KD
V/v Yêu cầu báo giá sửa chữa Trang
thiết bị y tế : Máy siêu âm màu
dopler 4D .

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói Sửa chữa Trang thiết bị y tế Máy siêu âm màu dopler 4D tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Nguyễn Văn Long Chức vụ: Trưởng Khoa Dược

Số điện thoại: 0916870999 Địa chỉ email: vanlongbvcx@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên, Tổ 10 - Thị trấn Cẩm Xuyên - Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời, nhận qua email: vanlongbvcx@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 04 năm 2024 đến trước 17h ngày 20 tháng 04 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Nội dung báo giá: Cung cấp dịch vụ sửa chữa Trang thiết bị y tế: Máy siêu âm màu dopler 4D theo danh mục linh kiện sau:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Board mạch xử lý tín hiệu khối USMU của Hãng FUKUDA DENSHI	Bo mạch xử lý vi điều khiển tín hiệu kết nối khối USMU FUKUDA DENSHI PCB cho khối đầu	01	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo quản thiết bị y tế:

2.1. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Trung tâm Y tế huyện Cẩm Xuyên - Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Hàng còn nguyên đai, nguyên kiện, không bị hư hao do quá trình vận chuyển.
- Linh kiện vật tư thay thế đảm bảo mới 100%, hoàn toàn tương thích phù hợp với thiết bị hoạt động tại Bệnh viện.
- Được lắp đặt hướng dẫn bảo quản, vận hành sử dụng.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: từ 60-90 ngày kể từ ngày hợp đồng mua sắm có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu.

5. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện báo giá theo đúng mẫu báo giá đính kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**

Trần Huy Nghĩa

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi...(ghi tên, địa chỉ của hang sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế

STT	Danh mục thiết yếu	Ký, mã, nhãn hiệu, model hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Chi phí cho các dịch vụ liên quan VNĐ	Thuế phí, lệ phí (nếu có) VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									

(Gửi kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày báo giá

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

- Giá trị của các thiết bị y tế nếu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trên báo giá là trung thực.

.....ngày... tháng...năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

BẢNG MÔ TẢ
TÍNH NĂNG, YÊU CẦU KỸ THUẬT CƠ BẢN

(Kèm theo công văn Số: /KD-BVCX ngày 03 tháng 08 năm 2023)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Bình bốc hơi Sevo Tec 850 Hãng sản xuất: Datex Ohmeda (GE Healthcare)	<ul style="list-style-type: none">Kích thướcCao: 25 cmSâu: 22 cmRộng: 11 cmTrọng lượng: 7kgThể tích thuốc mêTổng thể tích: 300mlThông số cơ họcBình Sevoflurane: Cân chỉnh núm xoay nồng độ 8%V/VNúm xoay đánh dấu bước điều chỉnh: 0.25% cho đến 1% và bước điều chỉnh 0.5% từ mức 1% đến 8%Độ chính xác: $\pm 0.4\%$ thuốc mê cung cấpDòng khí tươi: 200ml/phút đến 15 l/phút	01	Cái